



中国化工装备总公司定点企业  
中国化工装备协会常务理事单位  
通过ISO9001国际质量体系认证  
A A A 级质量信誉企业

# 压力表三通阀

## 使用说明书



**辽宁水星仪表制造有限公司**  
**沈阳水星仪表有限公司**

地址:沈阳市和平区南京南街138号

邮编:110005

电话:024-23523325 23520701

传真:024-23523264

网址:<http://www.shuixing.net>

帐户:沈阳水星仪表有限公司

开户行:盛京银行沈阳市民族支行

账号:070316300100307000003

税号:210112604608068

Email: [sale@shuixing.net](mailto:sale@shuixing.net) 0807



水星牌X18W-2.5T型压力表三通阀,具有冲洗存水弯管、校对压力表或更换压力表方便的特点。把原三通阀阀杆上的“T”形孔,改成 $240^\circ$ 的环形凹槽,阀杆在 $360^\circ$ 的转动中仅能关闭一个通路,在任何状态下,该阀都保持两通或三通,可防止原三通阀的阀杆在转动中发生同时关闭三个通路的现象,避免出现假压力。新型三通阀还具有操作方便、安全可靠的特点,是理想的换代产品。

型号: X18W-2.5T

技术参数:

工作压力:  $\leq 2.5\text{MPa}$       介质温度:  $\leq 225^\circ\text{C}$

压力表接口: M20X1.5(国家标准)

校对表接口: M20X1.5

存水弯管接口: 1/2"

使用说明:

手柄上标有“止”字端所指方向是关闭。

示图中 A 是连接压力表接口; B 是冲洗或校正母表接口; C 是连接存水弯管接口。

图(1)是手柄止端指向 B 时,是压力表正常工作位置。

图(2)是手柄止端指向 D 时,是校对压力表。

图(3)是手柄止端指向 A 时,是冲洗存水弯管。

图(4)是手柄止端指向 C 时,可更换压力表或压力表归零位检验。

冲洗存水弯管后必须将手柄止端转到图(4)位置,待存水弯管内蒸气凝结成水后,再慢慢地将手柄上端恢复到图(1)的位置。

